



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Všem zájemcům o veřejnou zakázku**

Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 778 887 457

V Brně, dne 20. 7. 2021

**Věc: Veřejná zakázka: „Vybavení laboratoře tkáňových kultur“  
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě dotazů dodavatelů obdržených písemně dne 16. 7. 2021 a 19. 7. 2021. Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

**Dotazy pro část 1 veřejné zakázky – Chlazená centrifuga**

**Dotaz č. 1:**

*„Uvádíte min. 10 akceleračních a 10 deceleračních stupňů. Domníváme se, že 9 akceleračních stupňů splní stejné požadavky na přesné nastavení průběhu centrifugace jako 10 akceleračních stupňů.*

*Dotaz: Je možné nabídnout centrifugu s 9 akceleračními stupni a 10 deceleračními?“*

**Odpověď Zadavatele:**

Zadavatel po kontrole požadavků a účelu, ke kterému chce přístroj používat, akceptuje návrh dodavatele a provedl úpravu v technické specifikaci pro část 1 veřejné zakázky (parametr č. 6). Tato technická specifikace je uveřejněna jako příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem A3i\_Priloha\_c.1a-Technicka\_specifikace\_cast\_1-Chlazená\_centrifuga\_aktualizace.xlsx a nahrazuje předchozí technickou specifikaci pro tuto část.

**Dotaz č. 2:**

*„Požadujete chlazení v rozsahu -11°C až +40°C, běžné centrifugační postupy vyžadují teplotu maximálně okolo 0°C.*

*Dotaz: Je možné nabídnout centrifugu s rozsahem -10°C až +40°C ? Domníváme se, že naprosto vyhoví předpokládanému použití.“*

**Odpověď Zadavatele:**

Zadavatel po kontrole požadavků a účelu, ke kterému chce přístroj používat, akceptuje návrh dodavatele a provedl úpravu v technické specifikaci pro část 1 veřejné zakázky (parametr č. 7). Tato technická specifikace je uveřejněna jako příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem A3i\_Priloha\_c.1a-Technicka\_specifikace\_cast\_1-Chlazená\_centrifuga\_aktualizace.xlsx a nahrazuje předchozí technickou specifikaci pro tuto část.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Dotaz č. 3:**

*„Z uvedených parametrů nevyplývá, že by součástí nabídky měl být rotor, jedná se o opomenutí nebo má být skutečně nabídnuta centrifuga bez rotoru? Pokud má být součástí nabídky rotor, bylo by možné upřesnit jeho požadované konkrétní parametry?“*

**Odpověď Zadavatele:**

Zadavatel po kontrole požadavků a účelu, ke kterému chce přístroj používat, a s přihlédnutím k položenému dotazu, rozšířil technickou specifikaci přístroje v části 1 veřejné zakázky. Tato technická specifikace je uveřejněna jako příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem A3i\_Priloha\_c.1a-Technicka\_specifikace\_cast\_1-Chlazena\_centrifuga\_aktualizace.xlsx a nahrazuje předchozí technickou specifikaci pro tuto část.

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravy v technické specifikaci předmětu plnění, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 8. 2021 do 10:00 hodin.

**Příloha:**

A3i\_Priloha\_c.1a-Technicka\_specifikace\_cast\_1-Chlazena\_centrifuga\_aktualizace.xlsx

.....  
Bc. Zdeněk Bartl  
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018  
administrátor veřejné zakázky  
oddělení veřejných zakázek  
rektorát, Mendelova univerzita v Brně