



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 778 887 457

V Brně, dne 28. 7. 2021

**Věc: Veřejná zakázka: „Vybavení laboratoře tkáňových kultur“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě dotazu dodavatele obdrženého písemně dne 26. 7. 2021. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata.

Dotaz pro část 2 veřejné zakázky – CO₂ Inkubátor

Dotaz č. 1:

„V technických parametrech je požadavek na maximální rozměry v x š x h 90x72x72 cm.

Náš dotaz zní: Jelikož tyto požadované rozměry splňuje pouze jeden konkrétní výrobek od konkrétního výrobce na světě, a to model CB 170 od firmy Binder, ale pouze v obrysových rozměrech bez započítaných veškerých zabudovaných externích výstupů, kdy konečná hloubka je 78,5cm, a jelikož jsou standardní rozměry těchto inkubátorů s horkovzdušnou sterilizací 180°, vždy v nějakém menším rozpětí cca. + 10% u naprosté většiny světových výrobců, se tímto dotazujeme, jestli je možné nabídnout přístroj, který naprosto splňuje všechny vaše technické požadavky včetně hloubky přístroje, která je 71,5 cm, ale s displejem a ostatním externím příslušenstvím je hloubka 78,5 cm, stejně jako požadovaný přístroj CB 170 od firmy Binder.

Je nutné, aby z důvodu transparentnosti a rovného přístupu ke všem potencionálním dodavatelům technické podmínky nebyly stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu. I když je veřejná zakázka zadávaná v režimu nebo i mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., musí zadavatel dodržet základní zásady tohoto zákona:

- *Zásadu transparentnosti – zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru a postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky,*
- *Zásadu rovného zacházení – zadavatel stanoví stejné podmínky všem potencionálním dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení je dána všem bez rozdílu,*
- *Zásadu zákazu diskriminace – zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zakázku získat,*
- *Zásadu přiměřenosti – zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přeměřené zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.).“*

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením tazatele a uvádí, že technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky stanovil na základě průzkumu trhu u dodavatelů, kteří požadovaný předmět veřejné zakázky mohou plnit, a to tak, aby umožnil účast co nejširšího okruhu dodavatelů. Na základě provedeného průzkumu trhu zadavatel zjistil, že na trhu existuje několik výrobců, kteří zadavatelem uvedené technické parametry, včetně maximálních rozměrů, splňují.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Maximální rozměry požadovaného přístroje byly stanoveny v parametrech v x š x h 90x72x72 cm, a to s ohledem na velikost prostoru, který má zadavatel vyhrazen pro umístění předmětu plnění části 2 veřejné zakázky, přičemž umístění přístroje na jiné místo by neumožnilo práci s přístrojem a práci v dané laboratoři.

Z výše uvedených důvodů zadavatel trvá na stanovených parametrech a uvádí, že při přípravě a průběhu výběrového řízení postupoval v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel vzhledem k tomu, že Vysvětlení zadávací dokumentace nemá vliv na uveřejněnou zadávací dokumentaci, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

.....
Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018
administrátor veřejné zakázky
oddělení veřejných zakázek
rektorát, Mendelova univerzita v Brně