

Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský /+ 420 545 135 257

V Brně, dne 13. 12. 2021

Věc: Veřejná zakázka:

**„Rámcová dohoda na dodávku laboratorního spotřebního plastu – rozdělena na části“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 10. 12. 2021 dotaz dodavatele v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„V příloze č.1a technické specifikace zadavatel požaduje u všech barevných variant mikrozkuvek (řádek 22 – 36) PCR clean kvalitu, tedy DNA-free, DNase-free, sterilní. Trvá zadavatel na těchto požadavcích? Obecně se taková kvalita čistoty mikrozkuvek z praktických důvodů vyžaduje u průhledných mikrozkuvek, nikoliv však u barevných variant. Akceptoval by zadavatel barevné mikrozkuvky v požadované technické specifikaci bez čistoty PCR clean (DNA-free, DNase-free, sterilní)?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Na základě dotazu dodavatele rozhodl zadavatel o změně technické specifikace části č. 1: Zkumavky. Nově jsou položky na řádcích č. 22-36 přílohy č. 1a (technická specifikace části č. 1) bez požadavku na původně uvedenou čistotu. PCR clean, DNA free zkumavky jsou požadovány v čiré variantě - požadovaná čistota bude tedy dostupná v portfoliu produktů. Na základě dotazu upravuje zadavatel technickou specifikaci barevných zkumavek v části 1.

Sdělení zadavatele č. 1: V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby činila minimálně celou její původní délku – tedy z 22. 12. 2021 v 10:00 hod. na 5. 1. 2022 v 10:00 hod. Otevírání nabídek se uskuteční dne 5. 1. 2022 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při přípravě svých nabídek použili aktualizovanou verzi přílohy č. 1a – technická specifikace části č. 1: Zkumavky, verze k 13. 12. 2021 (změny jsou vyznačeny červeně).



Příloha: Aktualizovaná příloha č. 1a – technická specifikace části č. 1, verze k 13. 12. 2021

.....
Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně