

**Všem dodavatelům**

Vyřizuje/tel.  
Mgr. Jan Lízal /+ 420 545 135 253

V Brně dne 12. 7. 2022

**„Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro přístroje a pipety Eppendorf – rozděleno na části“  
– vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vnesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

**I. Dne 11. 7. 2022 zadavatel obdržel dotaz dodavatele v tomto znění:**

*„Zadavatel požaduje, aby všechny špičky v části 2, příloha č.1b, byly kompatibilní s úložnými boxy Eppendorf. Považujeme tento požadavek za velmi diskriminační, protože specifikuje všechny položky jen na jednoho výrobce. Nabízíme špičky stejné kvality kompatibilní s pipetami Eppendorf, které přirozeně nabízíme ve vlastních kompatibilních boxech a platíčkách. Vzhledem k tomu, že tyto boxy/platíčka jsou součástí tohoto výběrového řízení, může je zadavatel použít pro opětovné plnění špiček např. ze sáčku. Zadavatel také nemůže požadovat kompatibilitu s Eppendorf boxy, pokud ve specifikacích uvádí různé rozmezí délek špiček. Zadavatel těmito požadavky nepřímo specifikuje všechny položky jen na jednoho výrobce, protože jiné velikosti špiček od jiných výrobců než je Eppendorf, nebudou nikdy s boxy od Eppendorf 100% kompatibilní. Akceptoval by tedy zadavatel špičky splňující všechny technické specifikace uvedené v příloze č.1b, které však nemusí být s úložnými boxy Eppendorf kompatibilní?“*

**Odpověď zadavatele:**

ad 1

V části č. 2 (příloha č. 1b) je požadována kompatibilita s výrobky Eppendorf, kterými je vybavena většina laboratorních pracovišť na univerzitě.

ad 2

U položek 1-11 zadavatel připouští dodání špičky stejné kvality kompatibilní s pipetami Eppendorf za předpokladu, že alternativní krabičky bude možné dodat bezplatně na vyžádání v objednávce pro dané pracoviště (oddělení univerzity), přičemž počet krabiček bude ze strany objednavatele omezen počtem balení v obj. a dále, že bude splněn předpoklad, že to nebude mít vliv při práci s pipetami Eppendorf (zejména bezproblémové nasazování na jedno a multikanálové pipety). Rozhodně není pro pracoviště ekonomicky akceptovatelné, aby pořizovala položky 12-17 k používání položek 1-11.

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 vydává aktualizovanou technickou specifikaci části č. 2 (přílohu č. 1b) k 12. 7. 2022.

ad 3

Pokud by zadavatel nepřímo specifikoval v části č. 2 požadované plnění pouze jednoho na výrobce, musela by být technická specifikace totožná s tou v části č. 1, což není. Podmínky definované v technické specifikaci části č. 2 jsou dodavatelé schopni splnit.

## II. Dne 11. 7. 2022 zadavatel obdržel dotaz dodavatele v tomto znění:

*„Dobrý den, na základě obdržené výzvy k veřejné zakázce Vás žádám o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Níže zasíláme naše dotazy k části 1: Originální špičky pro pipety Eppendorf. V zadávací dokumentaci je stanovena předpokládaná hodnota pro část 1: Originální špičky pro pipety Eppendorf ve výši 1.200.000 Kč bez DPH. Vzhledem ke stanovenému a značně navýšenému předpokládanému odběru ve srovnání s obdobným výběrovým řízením z roku 2020, kdy předpokládaná hodnota VZ pro část 1 s názvem Originální špičky pro pipety Eppendorf byla stanovena na 2.000.000 Kč bez DPH, je předpokládaná hodnota VZ „Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro přístroje a pipety Eppendorf – rozdělena na části, část 1: Originální špičky pro pipety Eppendorf ve výši 1.200.000 Kč bez DPH velmi nízká a nelze ji dodržet i přes značnou slevu. Prosíme o ověření, zda nedošlo při stanovení předpokládané hodnoty ve výši 1.200.000 Kč bez DPH pro část 1 VZ s názvem Originální špičky pro pipety Eppendorf k chybě – např. k administrativní chybě při stanovení předpokládaného odběru (počtu balení). V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že nabídky jejichž nabídkové ceny přesáhnou výši předpokládané hodnoty příslušné části VZ budou posouzeny jako nesplňující požadavky zadavatele a účastník, který předloží nabídku s nabídkovou cenou vyšší, než je stanovena předpokládaná hodnota VZ (její části), bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. Bohužel při stanovené hodnotě VZ pro část 1 ve výši 1.200.000 Kč bez DPH a stanoveném předpokládaném množství k odběru riskujeme výše uvedené.“*

### Odpověď zadavatele:

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 vydává aktualizovanou technickou specifikaci části č. 1 (přílohu č. 1a) k 12. 7. 2022. V ní došlo k úpravě sloupce „D“. Po této úpravě by již měly být odstraněny nejasnosti ohledně předpokládané hodnoty části č. 1.

**Sdělení zadavatele:** Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 rozhodl zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek do **22. 7. 2022 v 10:00 hod.** Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. To se týká výběrového řízení jako celku, tedy obou jeho částí.

**Přílohy:** Aktualizovaná příloha č. 1a (technická specifikace části č. 1) – verze k 12. 7. 2022

Aktualizovaná příloha č. 1b (technická specifikace části č. 2) – verze k 12. 7. 2022

Pozn.: změny jsou vyznačeny červeně.

.....  
Ing. Václav Ostrovský  
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2022  
referent veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně