

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### 1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Mendelova univerzita v Brně
Sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem Mendelovy univerzity v Brně
IČO / DIČ:	62156489 / CZ 62156489
ID datové schránky:	85ij9bs
Název veřejné zakázky:	<b>Přístroje pro měření a analýzu biomateriálů – rozděleno na části</b>
Části:	Část 1: Dodávka simultánního termálního analyzáru včetně PC sestavy a ovládacího softwaru  Část 2: Dodávka UV-Vis spektrofotometru včetně ovládacího softwaru a PC sestavy
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 a násl. ZZVZ

### 2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro měření a analýzu biomateriálů, a to v násl. rozsahu:

**Část 1 – Dodávka simultánního termálního analyzáru včetně PC sestavy a ovládacího softwaru:** Předmětem části 1 zadávacího řízení je dodávka zařízení pro termo-gravimetrickou analýzu v provedení simultánní (STA) nebo kombinovaném (TGA + DSC), které má umožnit TGA analýzu od laboratorní teploty alespoň do teploty 1000°C a DSC analýzu v teplotním rozsahu -80 až 500°C. TGA zařízení s citlivostí alespoň 0,25 µg při opakovatelnosti menší než 0,10 µg a s integrovanou kamerou pro sledování průběhu analýzy má umožňovat použití nejméně dvou plynů (N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> nebo Ar) pro analýzu a ochranného plynu, každý se samostatným hmotnostním průtokoměrem. Zařízení TGA má také umožňovat rozšíření o autosampler, rozšíření alespoň do teploty 1400°C a rozšíření pro použití pro analýzy s korozivními plyny nebo vlhkostí. DSC zařízení má umožňovat měření s citlivostí menší než 0,15 µW při opakovatelnosti základní úrovně alespoň +/- 7,5µW, má být vybaveno autosamplérem s kapacitou alespoň 20 vzorků a má být chlazeno elektrickým chlazením, které je součástí dodávky. DSC má dále umožňovat rozšíření o kameru pro sledování analýzy a rozšíření teplotního rozsahu do teploty -150°C. Kamera má být (u DSC i TGA) implementovaná do řídicího software DSC a TGA zařízení a umožňovat průběžné sledování analýzy s automatickým ukládáním snímků a analýzu

barevnosti. Dodaný software má umožnit řízení analýz a také vyhodnocení minimálně v rozsahu: stanovení měrných tepelných kapacit, analýza nečistot, kinetický rozklad a zpracování snímků z kamery. Součástí dodávky je základní spotřební materiál alespoň v počtu 1000 kelímků pro standardní analýzu, 200 kelímků jiných typů a alespoň 10ks speciálních kelímků (platina, keramika), spolu s automatickým lisem s raznicemi pro všechny typy dodaných kelímků. V dodávce je i stolní počítač s monitorem, myš a klávesnicí kompatibilní s dodaným softwarem zajišťujícím jeho bezchybné fungování.

### **Část 2 – Dodávka UV-Vis spektrometru včetně ovládacího softwaru a PC sestavy:**

Předmětem části 2 zadávacího řízení je dodávka dvouapaprskového spektrofotometru schopného měření v rozsahu 190 – 1100 nm, který umožňuje různé módy sběru dat s rychlým sběrem dat a minimalizací fotodegradace vzorků. V rámci dodávky bude zajištěna úsporná lampa, možnost měření ve vzorcích mimo kyvetový prostor, možnost měření s otevřeným víkem kyvetového prostoru, vysoká skenovací rychlost, rychlý sběr dat, možnost nepřetržitých měření a snadná obsluha pomocí PC s příslušným softwarem pro měření a vyhodnocení dat, uživatelská nenáročnost.

### **3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:**

Cena sjednaná ve smlouvě v rozsahu části 1 veřejné zakázky:

Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
2.699.000,-	566.790,-	3.265.790,-

Cena sjednaná ve smlouvě v rozsahu části 2 veřejné zakázky:

Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
249.491,27,-	52.393,17,-	301.884,44,-

### **4. Použitý druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění:**

Zjednodušení podlimitní řízení

Kompletní ZD včetně příloh na profilu zadavatele:

[https://zakazky.mendelu.cz/contract\\_display\\_5970.html](https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5970.html)

Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 16. 1. 2023.

### **5. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení:**

p. č. doručení	Účastník
1	<b>HPST, s.r.o.</b> , sídlem Na Jetelce 69/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 25791079
2	<b>Pragolab s.r.o.</b> , sídlem Nad Krocínkou 285/55, 19000, Praha, IČO: 48029289

**6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:**

Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.

**7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena rámcová dohoda nebo smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru:**

- **V rozsahu části 1 zadávacího řízení byla kupní smlouva uzavřena s vybraným dodavatelem:** Pragolab s.r.o., sídlem Nad Krocínkou 285/55, 19000, Praha, IČO: 48029289

Vzhledem k tomu, že do konce lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel v rozsahu dané části zadávacího řízení pouze jednu nabídku účastníka, hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 ZZVZ, hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti neprováděla. Na základě posouzení nabídky komise doporučila zadavateli, aby k uzavření Kupní smlouvy v rozsahu části 1 zadávacího řízení vybral účastníka **Pragolab s.r.o., sídlem Nad Krocínkou 285/55, 19000, Praha, IČO: 48029289**, jehož nabídka nebyla v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ hodnocena, ale splnila všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

- **V rozsahu části 2 zadávacího řízení byla kupní smlouva uzavřena s vybraným dodavatelem:** HPST, s.r.o., sídlem Na Jetelce 69/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 25791079

Vzhledem k tomu, že do konce lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel v rozsahu dané části zadávacího řízení pouze jednu nabídku účastníka, hodnotící komise, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 ZZVZ, hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti neprováděla. Na základě posouzení nabídky komise doporučila zadavateli, aby k uzavření Kupní smlouvy v rozsahu části 2 zadávacího řízení vybral účastníka HPST, s.r.o., sídlem Na Jetelce 69/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 25791079, jehož nabídka nebyla v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ hodnocena, ale splnila všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

**8. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, pokud jsou zadavateli známi:**

Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.

**9. Odůvodnění použití jednacímho řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:**

Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.

**10. Odůvodnění použití jednacímho řízení bez uveřejnění:**

Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.

**11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:**

Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.

**12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:**

Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.

**13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:**

Zadavatel umožnil pro podání nabídky použít pouze elektronické komunikační prostředky, a to elektronický nástroj E-ZAK.

**14. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:**

Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby.

**15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 ZZVZ, pokud je nevedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel v tomto zadávacím řízení nepostupoval podle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Brně

.....  
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor