

## **Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace**

**pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem:**

**„Dodávka zařízení s regulací teploty a relativní vlhkosti vzduchu – rozděleno na části“**

**Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostřednictvím zdrojů:  
- Inovativní MENDELU (InMENDELU); NPO\_Mendelu\_MŠMT-16599/2022**

<b>Základní údaje o veřejné zakázce</b>	
<b>Název, sídlo a IČO zadavatele:</b>	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO: 621 56 489
<b>ID datové schránky:</b>	85ij9bs
<b>Zastoupen:</b>	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
<b>Koordinátor projektu:</b>	doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
<b>Správce rozpočtu:</b>	Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
<b>Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:</b>	Bc. Lena Mikušová, <a href="mailto:zakazky@mendelu.cz">zakazky@mendelu.cz</a> , +420 545 135 251, +420 778 468 989
<b>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:</b>	<p><b>2.360.000,- Kč bez DPH, z toho:</b></p> <p>Část 1 – Dodávka klimatické komory s pokročilou Peltierovou technologií HPPeco: <b>460.000,- Kč bez DPH</b></p> <p>Část 2 – Dodávka plně programovatelného kultivačního boxu: <b>360.000,- Kč bez DPH</b></p> <p>Část 3 – Dodávka šokové teplotní komory s chlazením včetně ovládacího softwaru: <b>1.540.000,- Kč bez DPH</b></p> <p>Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky byla stanovena s ohledem na výši prostředků, které má zadavatel veřejné zakázky k dispozici pro danou část veřejné zakázky a uvedená předpokládaná hodnota je v jednotlivých částech tedy zároveň limitní hodnotou.</p> <p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky, jejichž nabídkové ceny přesáhnou výši předpokládané hodnoty příslušné části veřejné zakázky, budou posouzeny jako nesplňující požadavky zadavatele a účastník, který předloží nabídku s nabídkovou cenou vyšší, než je stanovena předpokládaná hodnota dané části, bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení v rozsahu této části.</p>
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Dodávky
<b>Rozdělení na části podle § 35 ZZVZ:</b>	ANO Část 1: Dodávka klimatické komory s pokročilou Peltierovou technologií HPPeco (dále jako „Část 1“) Část 2: Dodávka plně programovatelného kultivačního boxu (dále jako „Část 2“)

	Část 3: Dodávka šokové teplotní komory s chlazením včetně ovládacího softwaru (dále jako „Část 3“)
<b>Účast v jednotlivých částech:</b>	Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu samostatnou část, na dvě části nebo na všechny části veřejné zakázky, podle schopnosti splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Každá část veřejné zakázky může mít vybraného jiného dodavatele.
<b>Financování:</b>	Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky z Národního plánu obnovy (dále také jako „NPO“): NPO_MENDELU_MŠMT-16599/2022 a z prostředků zadavatele - Inovativní MENDELU (InMENDELU).
<b>Lhůta pro podání nabídek:</b>	Lhůta pro podání nabídek je uvedena na URL adrese veřejné zakázky uvedené níže na profilu zadavatele E-ZAK.  Nabídky přijaté po lhůtě pro podání nabídek nebudou elektronickým nástrojem zpřístupněny, tudíž je zadavatel neotevře a nebudou zařazeny do hodnocení. Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek.
<b>Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kód):</b>	Všechny části zadávacího řízení jsou klasifikovány kódem: <b>38540000-2: Zkušební a měřicí stroje</b>  Pokud není stanoveno jinak, jsou požadavky zadavatele, stanovené touto zadávací dokumentací, pro všechny části zakázky shodné.
<b>URL adresa veřejné zakázky:</b>	<a href="https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_6247.html">https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_6247.html</a>

## Preambule

Tato zadávací dokumentace je podkladem pro podání nabídek dodavatelů v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných vysvětlení k této zadávací dokumentaci. Dodavatel je povinen si před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a řídit se jimi. Údaje uvedené v zadávacích podmínkách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je dodavatel povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace. Neakceptování všech požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, v přílohách zadávací dokumentace a ve vysvětleních zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Právnícké a fyzické osoby jsou pro účely tohoto zadávacího řízení označovány jako „dodavatel“ a „účastník zadávacího řízení“ nebo v návrhu smlouvy „prodávající“; Mendelova univerzita v Brně je označena jako „zadavatel“ nebo v návrhu smlouvy „kupující“.

Tato zadávací dokumentace, včetně jejích případných vysvětlení, doplnění či změn, je zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení. Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ, jeho prováděcími předpisy.

### **Elektronický nástroj E-ZAK**

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „elektronický nástroj E-ZAK“ dostupného na adrese: <https://zakazky.mendelu.cz/>).

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ probíhat zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky (s výjimkou případů podle § 211 odst. 3 ZZVZ), a to výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.

Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

Účastník zadávacího řízení je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přijímá, že na doručení písemností nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

Veškeré podmínky a informace, týkající se elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Mendelovy univerzity včetně informací o používání elektronického podpisu, jsou dostupné na <https://zakazky.mendelu.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>.

## **1. Předmět a účel veřejné zakázky**

1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení s regulací teploty a relativní vlhkosti vzduchu, a to:

- v rozsahu části 1 je předmětem veřejné zakázky dodávka klimatické komory s pokročilou Peltierovou technologií HPPeco (v nepřetržitém provozu pracují komory o 90 % energeticky efektivněji než zařízení chlazená) určené ke klimatizování zkušebních vzorků např. lepených kompozitních materiálů, nábytkových dílců s povrchovou úpravou, stavebně truhlářských výrobků apod. Zkušební zařízení má vnitřní objem komory min. 350 L, provedení: vnitřní prostředí komory z nerezové oceli DIN 1.4301. Uvedené zařízení umožňuje regulaci teploty od +0° C do +70°C, aktivní zvlhčování a odvlhčování od 10% do 90% relativní vlhkosti, teplotní rozsah bez osvětlení a vlhkosti: od 0°C (20°C pod okolí) do 70°C, teplotní rozsah s vlhkostí bez osvětlení: od 5°C (20°C pod okolí) do 70°C. Obslužný software umožňuje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Řídící jednotka musí umožňovat: nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, tlaku, dále obsahuje funkce HeatBALANCE zajišťující distribuci topného výkonu mezi horní a dolní topnou skupinou v rozmezí -50% až +50% pro specifické aplikace, obsahuje rozhraní USB, Ethernet. Snadná obsluha pomocí příslušného softwaru a uživatelská nenáročnost. Součástí předmětu veřejné zakázky je i zaškolení obsluhy v rámci instalace zařízení (3 osoby/3 hodiny) a dodání návodu k používání a pokynů k údržbě v českém nebo anglickém jazyce v tištěné či elektronické podobě.

Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky v rozsahu části 1 jsou vymezeny technickými (Příloha č. 1a), obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou přílohami této Výzvy.

- v rozsahu části 2 je předmětem veřejné zakázky dodání plně programovatelného kultivačního boxu s řízenou teplotou a vlhkostí, sloužícího k dlouhodobému uložení kultivačních nádob během zkoušení odolnosti materiálů vůči biodegradaci ve stabilních podmínkách. Součástí dodávky je instalace zařízení na místě určeném Zadavatelem a jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy (pro dva pracovníky v délce dvou hodin). Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky v rozsahu části 2 jsou vymezeny technickými (Příloha č. 1b), obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou přílohami této Výzvy.

- v rozsahu části 3 je předmětem veřejné zakázky dodávka šokové teplotní komory určené k simulaci změn klimatických podmínek zkušebních vzorků např. lepených kompozitních materiálů, nábytkových dílců s povrchovou úpravou, stavebně truhlářských výrobků apod. Zkušební zařízení je elektronicky řízené (zajišťuje přesnost teploty a reprodukovatelné výsledky), dále obsahuje mikroprocesorový MCS programovatelný regulátor s obrazovkovým displejem pro teplotu, vlhkost a osvětlení s 25 programy o 100 krocích (celk. max. kapacita paměti 500 kroků), umožňující nastavení a programování parametrů na komoře i pomocí SW (jak v číselné, tak grafické podobě). Šoková teplotní komora disponuje elektronickou regulací zvlhčování a odvlhčování pomocí kapacitního vlhkostního senzoru a tenze par, dále umožňuje programování průběhu teploty a vlhkosti i jejich cyklické opakování za účelem napodobení klimatických podmínek, nastavení gradientu teploty a také nastavitelnou rychlost proudění vzduchu v komoře. Snadná obsluha pomocí PC s příslušným softwarem pro měření a vyhodnocení dat, uživatelská nenáročnost. Součástí předmětu veřejné zakázky je i zaškolení obsluhy v rámci instalace zařízení (3 osoby/3 hodiny) a dodání návodu k používání a pokynů k údržbě v českém nebo anglickém jazyce v tištěné či elektronické podobě. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky v rozsahu části 3 jsou vymezeny technickými (Příloha č. 1c), obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou přílohami této Výzvy.

## 1.2 Účelem veřejné zakázky je:

- v rozsahu části 1 veřejné zakázky pořízení moderního zařízení určeného pro simulaci klimatických podmínek, kterým mohou být výrobky vystavené jak v interiéru, tak v exteriéru. Zařízení bude sloužit primárně k získání dat v rámci experimentů závěrečných prací studentů (BP, DP, DisP) a pro praktickou výuku v rámci cvičení vybraných předmětů. Rovněž bude využito pro experimentální výzkum, jehož výsledky budou následně implementovány do výuky.

- v rozsahu části 2 veřejné zakázky provádění dlouhodobých testů biodegradovatelnosti zkoušených biomateriálů. Zařízení bude sloužit primárně k získání dat v rámci experimentů závěrečných prací studentů (BP, DP, DisP) a pro praktickou výuku v rámci cvičení vybraných předmětů. Rovněž bude využito pro experimentální výzkum, jehož výsledky budou následně implementovány do výuky.

- v rozsahu části 3 veřejné zakázky pořízení moderního zařízení určeného pro simulaci změn klimatických podmínek, kterým mohou být výrobky vystavené jak v interiéru, tak v exteriéru. Zařízení bude sloužit primárně k získání dat v rámci experimentů závěrečných prací studentů (BP, DP, DisP) a pro praktickou výuku v rámci cvičení vybraných předmětů. Rovněž bude využito pro experimentální výzkum, jehož výsledky budou následně implementovány do výuky.

1.3 Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zařízení (přístrojů). Musí se jednat o zařízení, která nebyla předmětem odpisu a nesmí se jednat o repasovaná zařízení nebo zařízení, která již byla používána jinými subjekty.

## 2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

2.1 Požadované termíny dodání předmětu zakázky jsou vymezeny v čl. 4.1 Kupní smlouvy.

### 2.2 Místem plnění je:

Pro část 1 - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, Brno 613 00 (budova T, 1. patro, místnost N1014)

Pro část 2 - Mendelova univerzita v Brně, Výzkumné centrum Josefa Ressela, Vranov 238, Vranov u Brna, 664 32

Pro část 3 - Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, Brno 613 00 (budova T, 1. patro, místnost N1014)

## 3. Kvalifikace

3.1 **Dodavatel je podle ust. § 53 odst. 4 ZZVZ oprávněn v nabídce nahradit doklady o splnění základní a profesní způsobilosti dle bodů A a B čestným prohlášením.** Zadavatel doporučuje dodavateli, aby využil přílohu č. 3 této Výzvy, ve které jsou podrobně popsány požadavky zadavatele na kvalifikaci. Pakliže dodavatel **nevyužije přílohu č. 3, požaduje zadavatel, aby jím předložený dokument obsahoval alespoň takové informace, které zadavatel v této příloze vyžaduje.**

3.2 Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

### A. Základní způsobilosti

### B. Profesní způsobilosti

Doklady prokazující základní a profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nesplní požadavky na kvalifikaci.

3.3 Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů se řídí ust. § 82 ZZVZ.

3.4 Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby se řídí ust. § 83 ZZVZ.

3.5 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí ust. § 226 a násl. ZZVZ.

### 3.6 **Prokazování kvalifikace certifikátem**

Kvalifikaci dodavatele lze prokázat i platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Shodně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Kvalifikace, která není prokázána certifikátem, musí být doložena samostatným dokladem podle zadávacích podmínek. Platnost obdobných dokladů se řídí přechodnými ustanoveními dle ust. § 277 ZZVZ.

3.7 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení se řídí ust. § 88 ZZVZ.

#### 4. Vysvětlení zadávací dokumentace

- 4.1 Dodavatel je v souladu s ust. § 54 odst. 5 ZZVZ oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
- 4.2 Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u veřejné zakázky nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Dle § 98 odst. 3 ve spojení s § 54 odst. 5 ZZVZ musí být žádost o vysvětlení zadávacích podmínek zadavateli doručena **nejpozději 7 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- 4.3 **Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být vedena pouze elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje dle zadávací dokumentace, či na emailovou adresu kontaktní osoby zadavatele [zakazky@mendelu.cz](mailto:zakazky@mendelu.cz).**
- 4.4 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace buď na základě žádosti dodavatele, nebo z vlastního podnětu.
- 4.5 Vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejňována na profilu zadavatele na URL adrese veřejné zakázky uvedené **v základních údajích o veřejné zakázce**.

#### 5. Obchodní a platební podmínky

- 5.1 Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky návrhem Kupní smlouvy obligatorního charakteru (dále také jako „návrh smlouvy“), která je přílohou č. 2 této Výzvy, dle dané části zakázky.
- 5.2 Podáním nabídky do zadávacího řízení účastník tyto obchodní podmínky plně a bez výhrad přijímá. **Závazný návrh smlouvy není třeba přikládat jako součást nabídky.**
- 5.3 Vybraný dodavatel je oprávněn upravit tento závazný návrh smlouvy pouze na **žluté** označených místech k tomu zadavatelem určených.
- 5.4 **Návrh smlouvy včetně příloh musí být s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb. a následně uveřejnění v registru smluv předložen vybraným dodavatelem v otevřeném editovatelném formátu (\*.doc, \*.docx, \*.xls).**

#### 6. Podmínky uzavření smlouvy

- A. Před uzavřením Smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
- B. U vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů postupem dle ust. § 122 odst. 4 až 7 ZZVZ.

Zadavatel vyloučí dodavatele, který tyto doklady nepředloží nebo u kterého nebylo podle § 122 odst. 4 ZZVZ možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů.

#### 7. Požadavky na jednotný způsob stanovení nabídkové ceny

- 7.1 Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky.
- 7.2 Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu zakázky, včetně všech nákladů souvisejících – viz požadavky na plnění předmětu zakázky stanovené v čl. 1 této Výzvy, v technické specifikaci a v Kupní smlouvě, dle dané části zakázky.

7.3 Nabídková cena bude uvedena **v Kč bez DPH**, a to v Krycím listu nabídky, v členění cena v Kč bez DPH, sazbu DPH a samostatná výše DPH v Kč a nabídková cenu v Kč včetně DPH, dle dané části zakázky.

## 8. Základní pokyny k podávání nabídek

8.1 Každý dodavatel je oprávněn pro danou část podat pouze jednu nabídku.

8.2 Nabídky se podávají **písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK** na URL adrese veřejné zakázky uvedené **v základních údajích o veřejné zakázce** (zadavatel doporučuje provést „test nastavení prohlížeče“ v hlavní nabídce elektronického nástroje E-ZAK).

8.3 Nabídka musí být zpracována **v českém nebo slovenském jazyce**.

8.4 Dodavatel v nabídce uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem a e-mailovou adresu pro elektronický písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem. Dodavatel rovněž uvede ID funkční datové schránky. Je-li dodavatelem podnikající fyzická osoba, uvede ID funkční datové schránky, má-li ji zřízenou.

8.5 V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,

a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

Možnost postupu zadavatele dle § 46 ZZVZ tím není dotčena.

8.6 Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.

8.7 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek a nestanovuje požadavek na složení jistoty.

8.8 Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě, bude otevírání nabídek neveřejné.

### 8.9 **Společná účast dodavatelů (společná nabídka)**

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), jednoznačně identifikují v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též vedoucího účastníka, který bude zmocněn zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

V případě, že nabídku podává společně několik dodavatelů, jsou povinni dle ust. § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace smluvní závazek, ze kterého bude vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

## 9. Požadavky na obsah nabídky

**Nabídka musí obsahovat následující části:**

**A. krycí list nabídky (příloha č. 4), vyplněný;**

**B. čestné prohlášení o splnění kvalifikace a o vázanosti zadávacími podmínkami (příloha č. 3);**

**C. řádně vyplněnou Technickou specifikaci, dle dané části zakázky (Příloha č. 1a a/nebo 1b a/nebo 1c)**



**Dodavatel je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole Technické specifikace, dle dané části.** Dodavatel deklaruje splnění parametrů a požadavků zadavatele v podávané nabídce (uvede údaj ANO / NE u všech jednotlivých kritérií, resp. požadavků). Účastník splní požadavky zadavatele, bude-li u všech položek uvedena hodnota „ANO.“ Tuto skutečnost musí být dodavatel schopen na vyzvání zadavatele prokázat. **Dodavatel není oprávněn Technickou specifikaci v dané části zakázky měnit či doplňovat nad rámec výše uvedeného;**

- D. **podrobnou technickou dokumentaci nabízeného zařízení, dle dané části zakázky,** s popisem nabízeného zařízení a jeho funkcionalit, ze které bude zřejmé a prokazatelné splnění všech dodavatelem deklarovaných požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, zejména v technické specifikaci. Dodavatel předloží **zejména technické a katalogové listy či jiné informace potvrzujících technické parametry nabízeného zařízení.** Může se jednat o dokumenty z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce (např. funkční odkaz). Tyto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce;

Další dokumenty, jsou-li požadovány touto Výzvou (např. plná moc; apod.) nebo ZZVZ.

## 10. Způsob hodnocení nabídek

- 10.1 Základním hodnotícím kritériem je **ekonomická výhodnost nabídky**, která bude hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně.
- 10.2 Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky. Ostatní nabídky pak budou seřazeny vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.
- 10.3 Pokud hodnotící komise posoudí předloženou nabídku jako nabídku obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude postupovat v souladu s § 113 ZZVZ.
- 10.4 V případě rovnosti nabídkových cen dodavatelů, kteří by se na základě zvoleného hodnotícího kritéria umístili na prvním až druhém místě, zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ zadávací řízení zruší.
- 10.5 Zadavatel provede výběr dodavatele dle § 122 ZZVZ.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dle § 48 odst. 7 a 9 ZZVZ musí vyloučit takového vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

## 11. Další informace k zadávacímu řízení

- 11.1 Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- 11.2 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
- 11.3 Zadavatel si vyhrazuje právo:
- ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob, dodavatel mu je v tomto případě povinen poskytnout přiměřenou součinnost;

- b) požadovat od dodavatelů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách,
- c) uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení (příp. vybraného dodavatele) nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele E-ZAK (na URL adrese veřejné zakázky). V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

11.4 Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

11.5 Zpracování osobních údajů včetně jejich zvláštních kategorií, případně poskytnutých v průběhu zadávacího řízení, je zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání předmětné veřejné zakázky, přičemž zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“). Zadavatel dále postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují. Podrobnější informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách [https://zakazky.mendelu.cz/document\\_download\\_27579.html](https://zakazky.mendelu.cz/document_download_27579.html)

11.6 Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení dodavatel prohlašuje že:

- I. není sám, ani jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- II. se na nabízené plnění nevztahují sankce EU, a že není on sám, ani jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

## 12. Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1a – Technická specifikace pro část 1
- Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2
- Příloha č. 1c - Technická specifikace pro část 3
- Příloha č. 2 – Kupní smlouva
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace a o vázanosti zadávacími podmínkami
- Příloha č. 4 - Krycí list

V Brně

.....  
prof. Dr. Ing. Jan Mareš  
rektor