



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. PaedDr. Zoja Šťastná/602 748 621

V Brně dne 16.09.2014

Věc: Veřejná zakázka:

**„Dodávka spotřebního materiálu a zařízení pro chromatografii – rozděleno na části 1 – 4“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)**

V souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří byli vyzváni a dodavatelům, kteří si vyzvedli výzvu s přílohami v rámci systému E-ZAK, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 3

Dobrý den,
továrna nám právě potvrdila, že liner s vatičkou s katalogovým číslem 5183-4667 (v části č. 4) se již nevyrábí a není za něj žádná přímá náhrada.
Je možné nabídnout co nejbližší ekvivalent - tj. liner s co nejpodobnějšími parametry, event. prázdný liner a vatičku samostatně?
Děkujeme.

Odpověď č. 3

V rámci dodatečné informace (1) ze dne 15.9.2014 byla upřesněna specifikace dané položky části 4 (položka 1, trubička do plynového chromatografu), kdy byla upřesněna specifikace této položky, a to na znění " Skleněná trubička do plynového chromatografu, 5183-4647 Liner,glass wool", tzn. katalogové číslo je **5183-4647.**"

Dotaz č. 4

Dobrý den,
omlouváme se, ale máme další upřesňující informace z továrny ohledně položky s produktovým číslem 5183-4667 (část 4 zakázky). Zjistili jsme totiž, že toto číslo (dnes již "obsolete") nepatřilo lineru, ale produktu s názvem "cleaning brush". Domníváme se tedy, že zadavatel zakázky udělal



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

v čísle překlep. Nemohlo by se jednat o číslo 5183-4647, což je "split liner, low pressure drop, deactivated glass wool, volume 870ul"? Obrázek tohoto lineru zasíláme v příloze.

Odpověď č. 4

Odpověď - viz odpověď č. 3, ano předmětem dodávky je „Skleněná trubička do plynového chromatografu, 5183-4647 Liner,glass wool“, tzn. **katalogové číslo je 5183-4647**

L.
.....
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor



-4-