

---

## 2. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VYBAVENÍ LABORATOŘE MODIFIKACÍ DŘEVA 3 LABORATORNÍ DIGESTOŘ

---

### I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Jméno **Mendelova univerzita v Brně**  
Sídlo Zemědělská 1, 613 00 Brno  
IČO 62156489

### II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky Vybavení laboratoře modifikací dřeva 3  
Laboratorní digestoř  
Systémové č. VZ P15V00000037  
URL zakázky na profilu [https://zakazky.mendelu.cz/contract\\_display\\_1295.html](https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1295.html)

### III. DODATEČNÉ INFORMACE

#### 1. Žádost o dodatečnou informaci

Mají být oba boky a záda vnitřního pracovního prostoru obloženy keramickou dlažbou?

##### 1. Dodatečná informace

Zadavatel požaduje, aby záda vnitřního pracovního prostoru byly obloženy keramickou dlažbou (viz 1. Dodatečné informace [https://zakazky.mendelu.cz/document\\_download\\_9262.html](https://zakazky.mendelu.cz/document_download_9262.html)). Zadavatel nepožaduje, aby boky vnitřního pracovního prostoru byly obloženy keramickou dlažbou.

#### 2. Žádost o dodatečnou informaci

Je požadovaná laboratorní digestoř s řídicí jednotkou a platným certifikátem dle CSN EN 14175?

##### 2. Dodatečná informace

Ano (viz ustanovení článku II. odst. 3. Písm. c) textu smlouvy)

#### 3. Žádost o dodatečnou informaci

Prosím upřesněte požadované barevné provedení digestoře.

##### 3. Dodatečná informace

## Laboratorní digestoř

---

Barevné provedení není předepsáno. Volba barvy je na dodavateli.

### 4. Žádost o dodatečnou informaci

O kolik kusů digestoří se má jednat?

### 4. Dodatečná informace

Jde o dodávku jedné digestoře.

### 5. Žádost o dodatečnou informaci

Je také uvedeno že zakázka je dělena na části: co je tedy myšleno částí a co je myšleno celkem?

### 5. Dodatečná informace

Veřejná zakázka je dělena na části v rámci několika samostatných řízení.

Předpokládaná hodnota laboratorní digestoře je 95.000,- Kč bez DPH.

Dalšími částmi jsou:

Optický monitorovací systém: [https://zakazky.mendelu.cz/contract\\_display\\_1294.html](https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1294.html) a

Vakuová sušárna: [https://zakazky.mendelu.cz/contract\\_display\\_1246.html](https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_1246.html).

### 6. Žádost o dodatečnou informaci

V 1 .dodatečné informaci bylo v odpovědi J. uvedeno že napojení na odtah není předmětem řešené zakázky, zároveň je však uvedeno, že dodavatel provede napojení digestoře na rozvod pomocí např. „flexi“ hadice.

-má být tedy napojení digestoře součástí dodávky?

### 6. Dodatečná informace

Zadavatel setrvává na původní odpovědi, kde sděluje, že odtah včetně ventilátoru je řešen samostatně (není součástí dodávky digestoře, je součástí vzduchotechniky stavby) a dodavatel provede pouze napojení na existující rozvod vzduchotechniky (ten je doveden nad místo instalace digestoře) např. pomocí "flexi" hadice. Zadavatel považuje původně poskytnutou informaci za dostatečně přesnou a určitou.

### 7. Žádost o dodatečnou informaci

Vzhledem ke změně technické specifikace dle 1.dodatečné informace žádáme o prodloužení termínu podání nabídek.

### 7. Dodatečná informace

Nešlo o změnu technické specifikace, nýbrž o její upřesnění; proto se žádosti o prodloužení nevyhovuje.

V Brně dne 23. 3. 2015



doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.,  
děkan Lesnické a dřevařské fakulty