



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Vysvětlení zadávací dokumentace

---

Č. j. 7914/2018-926

Vyřizuje: PaedDr. Z. Šťastná/602748621

V Brně dne 20. 4. 2018

### Veřejná zakázka s názvem

**„Rámcová dohoda na dodávku laboratorních potřeb – rozdělena na části“**

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Ve dnech 17.4. 2018 až 19.4.2018 obdržel zadavatel **žádosti s níže uvedenými dotazy** (plné znění dotazu vyznačeno níže kurzívou), když zadavatel k dotazům – ke každému dotazu - uvádí své vysvětlení:

#### **Dotaz dodavatele č. 1 ze dne 17.4.2018**

*Dobrý den,*

*dokument kupní smlouvy je uzamčený a nelze přijmout změny. Dokument není možné dobře vytisknout - po doplnění identifikačních údajů, data nabídky, jména podepisujícího apod. se zobrazují opravy a při tisku i levý sloupec - formátování. Prosím o odemknutí dokumentu, aby bylo možné kupní smlouvu do nabídky připravit.*

#### **Odpověď**

Zadavatel si je vědom uzamčeného souboru uloženého ve sledování změn, když uložení dokumentu ve sledování změn slouží hodnotící komisi k posouzení dodavatelem provedených veškerých úprav v textu rámcové dohody a posouzení splnění nezbytných podmínek zadávací dokumentace. Opravy i odkazy na formátování viditelné při tisku nejsou na závadu, nemají vliv na platnost dokumentu. V čistopise uzavírané rámcové dohody s vybraným dodavatelem bude již s akceptovanými změnami.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




### **Dotaz dodatele č. 2 ze dne 17.4.2018**

Žádáme zadavatele o odpověď na dotazy k jednotlivým položkám, **pro část 2** v přiloženém souboru (červeně)

děkujeme

Přílohy

 [dotazy\\_Priloha\\_1\\_Technická specifikace částí 1 a 2 3 aktualizace\\_13042018\\_k\\_vyplnění\\_cast\\_2.xlsx \(76.93 KB\)](#)

Jednotlivé dotazy tohoto dodavatele jsou řazeny pod číselným označením 2/x:

#### **dotaz 2/1**

*Pipeta pro serologii a virologii, PS, graduovaná, sterilní, individuálně balená*

*Položka na řádce 27 a 28 - dotaz: **Akceptuje zadavatel balení 400 ks/bal?***

#### **Odpověď 2/1**

Ano, zadavatel akceptuje balení 400ks/bal u položek na řádce 27 a 28 v Části 2

#### **Dotaz 2/2**

*Zkumavka centrifugační s kónickým dnem, PP, průsvitná, vysoká chemická odolnost, lisovaná stupnice, pro použití až do 6000 x g, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná*

*Položky na řádce 342 a 343 **zadavatel požaduje cenu za 1 ks nebo 1 bal?***

#### **Odpověď 2/2**

Zadavatel požaduje ocenění 1 kusu. Současně zadavatel upravuje požadovaný počet v balení. Dále zadavatel upravil v řádce 341 označení předpokládaného počtu nakupovaných dodávek na balení.

#### **Dotaz 2/3**

*Zkumavka centrifugační s kónickým dnem, PC, průhledná, vysoká mechanická pevnost, lisovaná stupnice, pro použití až do 6000 x g v chlazených nebo běžných centrifugách, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná*

*Položky na řádce 347 a 348 **zadavatel požaduje cenu za 1 ks nebo 1 bal?***

#### **Odpověď 2/3**

Zadavatel požaduje ocenění 1 kusu. Dále zadavatel upravil v řádce 346 označení předpokládaného počtu nakupovaných dodávek na balení.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



#### **Dotaz 2/4**

*Zkumavka centrifugační s kulatým dnem, PP, průsvitná, vysoká chemická odolnost, pro použití až do 50000 x g v chlazených nebo běžných centrifugách, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná*

*Položky na řádku 352 až 358 **zadavatel požaduje cenu za 1 ks nebo 1 bal?***

#### **Odpověď 2/4**

Zadavatel požaduje ocenění 1 kusu. Dále zadavatel upravil v řádku 351 označení předpokládaného počtu nakupovaných dodávek na balení.

#### **Dotaz 2/5**

*Zkumavka centrifugační s kulatým dnem, PC, průhledná, vysoká mechanická pevnost, pro použití až do 50000 x g v chlazených nebo běžných centrifugách, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná*

*Položky na řádku 363 až 369 **zadavatel požaduje cenu za 1 ks nebo 1 bal?***

#### **Odpověď 2/5**

Zadavatel požaduje ocenění 1 kusu.

#### **Dotaz 2/6**

*Zkumavka centrifugační, PP, se šroubovým uzávěrem, kónické dno, průsvitná, stupnice lisovaná*  
*Položky na řádku 388+389 **Akceptuje zadavatel 250ks/bal?***

#### **Odpověď 2/6**

Zadavatel neakceptuje balení 250 ks/bal, je nutné dodržet požadavek technické specifikace

#### **Dotaz 2/7**

*Stojan na mikrozukumavky, PP, pro mikrozukumavky 0,5, 1,5 a 2 ml a pro kryozukumavky o průměru 10-12 mm, rozměry dxšxv 215x131x27 mm*

*Položka na řádku 459 **Akceptuje zadavatel 5ks/bal?***

#### **Odpověď 2/7**

Zadavatel neakceptuje balení 5 ks/bal, je nutné dodržet požadavek technické specifikace.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Dotaz 2/8**

***Proužek 8 PCR mikrokumavek s vypouklými víčky, PP***

***Položka na řádku 496+497 Akceptuje zadavatel 120 ks/bal?***

**Odpověď 2/8**

Ano, zadavatel akceptuje balení 120ks/bal u položek na řádku 496 497 v Části 2

**Dotaz 2/9**

***Láhev kultivační pro tkáňové kultury, sterilní, PS, láhve se zvednutým hrdlem, vhodné i pro leváky***

***Položka na řádku 584 Akceptuje zadavatel 100 ks/bal?***

**Odpověď 2/9**

Ano, zadavatel akceptuje balení 100ks/bal u položek na řádku 584 v Části 2

**Dotaz 2/10**

***Mikrokumavky 0,1 - 0,5 ml***

***Položky na řádku 634 až 637 Akceptuje zadavatel 120 ks/bal***

**Odpověď 2/10**

Ano, zadavatel akceptuje balení 120ks/bal u položek na řádku 634 až 637 v Části 2

**Dotaz 2/11**

***Držák skalpelových čepelek - nerezová ocel***

***Položky na řádku 661 a 662 Akceptuje zadavatel 10ks/bal ?***

**Odpověď 2/11**

Ne, zadavatel neakceptuje bal á 10 ks, požaduje dodržet technickou specifikaci.

**Dotaz 2/12**

***Držák křížový univerzální***

***Položka na řádku 864 Akceptuje zadavatel 5 ks/bal?***

**Odpověď 2/12**

Ne, zadavatel neakceptuje bal á 5 ks, požaduje dodržet technickou specifikaci.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



### **Dotazy dodavatele č. 3 ze dne 17.4.2018**

Jednotlivé dotazy tohoto dodavatele jsou řazeny pod číselným označením 3/x:

#### **Dotaz 3/1**

Zadavatel uvádí u všech položek požadavek na kvalitu-ultrahydrofóbní.

Dotaz č.1- Skutečně požaduje zadavatel u všech položek -jak u špiček bez filtru tak i s filtrem ultrahydrofóbní kvalitu? Pro rutinní práci považujeme použití ultrahydrofóbních špiček jako neekonomické, jde o speciální špičky.

#### **Odpověď 3/1:**

Špičky dle Specifikace bez filtru mohou být v kvalitě Standard.

Špičky dle Specifikace s dvěma filtry ( DualfilterTips) mohou být v kvalitě Standard, kvalita PCR, u těchto položek:

- č.18 DualfilterTips 2-200ul, počet kusů = 10 krabiček po 96 špičkách, celkem 960 špiček s filtrem
- č.22 DualfilterTips 100-500ul, počet kusů = 5 krabiček po 24 špičkách, celkem 120 špiček s filtrem
- č.23 DualfilterTips 50-1250ul, počet kusů = 10 krabiček po 96 špičkách, celkem 960 špiček s filtrem
- č.24 DualfilterTips 2-20ul, počet kusů = 10 krabiček po 96 špičkách, celkem 960 špiček s filtrem

Špičky dle Specifikace s dvěma filtry ( DualfilterTips) musí být v kvalitě ultrahydrofóbní u těchto položek:

- č.19 DualfilterTips 2-100ul, počet kusů = 10 krabiček po 96 špičkách, celkem 960 špiček s filtrem
- č.20 DualfilterTips 0,1-10ul, počet kusů = 10 krabiček po 96 špičkách, celkem 960 špiček s filtrem
- č.21 DualfilterTips 100-1000ul, počet kusů = 10 krabiček po 96 špičkách, celkem 960 špiček s filtrem

#### **Dotaz 3/2**

*Zadavatel požaduje u špiček bez filtru ( např. položka č.1) - 10 balení po 10 x 96 špičkách ve stojanu.*

*Dotaz č.2- nerozumíme pojmu "ve stojanu"- jde o autoklávovatelný box ? Nebo box a k tomu 5 x 96 špiček tzv. Reloads ( speciální balení špiček Eppendorf). Další variantou je Reloads to je 10 x 96 špiček v e stohovatelných platech ( náhradní plata do boxů) a tyto plata tvoří stojánek. Prosíme vyjasnit.*

#### **Odpověď 3/2:**

Špičky dle Specifikace bez filtru ( např. položka č.1)mohou být v kvalitě Standard, počet kusů = 10 balení tzv. po 10 x 96 špičkách stojanech ( detail jednoho balení je 2 x autoklávovatelný box plus 10 x 96 špiček= 960 ks špiček)

Vysvětlení pojmu stojan- jde o balení Set, které se skládá z autoklávovatelného boxu pro 96 špiček a dalších 5 x 96 špiček ve stojanu-stohovatelných náhradních platech. Požadujeme dodání dvojnásobného tohoto balení, t.j. 2 x autoklávovatelný box plus 10 x 96 špiček= 960 ks špiček



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



### Dotaz 3/3

Zadavatel požaduje např. v položkách 12-15 box s 96 špičkami, autoklávovatelný, ultrahydrofobní.  
Dotaz č.3-Eppendorf tento typ balení=box s 96 špičkami v ultrahydrofobní kvalitě nedodává. Postačí v kvalitě Standard?

#### **Odpověď 3/3:**

Ano, špičky dle Specifikace bez filtru mohou být v kvalitě Standard, nikoli ultrahydrofobní- viz dotaz č.1. To platí pro položky č.12-15 autoklávovatelné boxy.

Počet kusů špiček v autoklávovatelném boxu je 96.

### **Dotazy dodavatele ze dne 18.4.2018**

#### *Dotaz č. 1*

*Položky řádek 91-93*

84	Baňka s plochým dnem, úzkohrdlá, vyhnutý okraj - se zábrusem			
	objem v ml	d v mm	d1 v mm	h v mm
85				
86	50	51	26	90
87	100	64	26	105
88	250	85	34	138
89	500	105	34	163
90	1000	131	42	190
91	4000	207	50	275
92	6000	237	65	315
93	10000	280	65	360

Zadavatel v odpovědi na dodatečné dotazy upřesnil, že požaduje u těchto baněk řádek 86-93 zábrus 29/32. V případě následujících baněk jsou však dle výrobců dostupné pouze zábrusy:

*baňka o objemu 4000 ml: zábrus 45/40*

*baňka o objemu 6000 ml: zábrus 60/46*

*baňka o objemu 1000 ml: zábrus 60/46*

*Bude zadavatel tyto zábrusy akceptovat?*

#### **Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 18.4.2018**

Ano, zadavatel akceptuje u baňky o objemu 4000 ml: zábrus 45/40, u baňky o objemu 6000 ml: zábrus 60/46 a u baňky o objemu 1000 ml: zábrus 60/46.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## **Dotaz č. 2**

*Položka řádek 326*

319	<b>Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ, s PE zátkou</b>			
320	objem v ml	přesnost +/-ml	NZ	
321	5	0,025	10/19	
322	10	0,025	10/19	
323	20	0,04	10/19	
324	25	0,04	10/19	
325	50	0,06	12/21	
326	100	0,1	14/23	
327	200	0,15	14/23	
328	250	0,15	14/23	
329	500	0,25	19/26	
330	1000	0,4	24/29	
331	2000	0,6	29/32	

*Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje v případě 100 ml baňky velikost zábrusu 14/23. Dle výrobců je běžně dodáváný zábrus 12/21. Bude zadavatelem akceptována tato velikost zábrusu?*

## **Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 18.4.2018**

Ano, zadavatel akceptuje i zábrus 12/21.

## **Dotaz č. 3**

*Položka řádek 449*

437	<b>Baňka s kulatým dnem a NZ</b>			
438	objem v ml	NZ	d v mm	h v mm
439	50	14/23	51	105
440	50	19/26	51	105
441	50	29/32	51	105
442	100	14/23	64	115
443	100	19/26	64	115
444	100	29/32	64	115
445	250	29/32	85	145
446	250	45/40	85	145
447	500	29/32	105	175
448	500	45/40	105	175
449	1000	39/32	131	210
450	1000	45/40	131	210



Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje v případě 1000 ml baňky velikost zábrusu 39/32. Předpokládáme, že se jedná pouze o překlep a zadavatel požaduje velikost zábrusu 29/32.

### **Odpověď na dotaz č. 3 ze dne 18.4.2018**

Zadavatel požaduje zábrus 29/32, jednalo se o překlep.

### **Dotaz dodavatele ze dne 19.4.2018**

*Položky řádky 762-773, 777-778, 782-783 a 787-788*

760	Mikroskop krycí, tloušťka č. 1 (0,13-0,17 mm), 1. hydrolytická třída								
761	rozměry v mm				Předpokládaný počet bal	Cena za 1 bal	Cena celkem	kód výrobku z katalogu	maximální přípustné množství v balení
762	12x12				1		0,00		1000 ks/ bal
763	15x15				3		0,00		1000 ks/ bal
764	18x18				2		0,00		1000 ks/ bal
765	20x20				5		0,00		1000 ks/ bal
766	22x22				6		0,00		1000 ks/ bal
767	24x24				2		0,00		1000 ks/ bal
768	18x24				4		0,00		1000 ks/ bal
769	22x40				2		0,00		1000 ks/ bal
770	24x32				1		0,00		1000 ks/ bal
771	24x40				6		0,00		1000 ks/ bal
772	24x50				4		0,00		1000 ks/ bal
773	24x60				2		0,00		1000 ks/ bal
774									
775	Mikroskop krycí, tloušťka č. 1,5 (0,16-0,19 mm), 1. hydrolytická třída								
776	rozměry v mm				Předpokládaný počet bal	Cena za 1 bal	Cena celkem	kód výrobku z katalogu	maximální přípustné množství v balení
777	24x50				2		0,00		1000 ks/ bal
778	24x60				4		0,00		1000 ks/ bal

780	Mikroskop podložní, řezané okraje								
781	rozměry v mm	popis			Předpokládaný počet bal	Cena za 1 bal	Cena celkem	kód výrobku z katalogu	maximální přípustné množství v balení
782	76x26x1	čiré			1		0,00	1820.1100	50 ks / bal
783	76x26x1	oboustranně matová ploška			4		0,00	1820.1103	50ks / bal
784									
785	Mikroskop podložní, broušené okraje								
786	rozměry v mm	popis			Předpokládaný počet bal	Cena za 1 bal	Cena celkem	kód výrobku z katalogu	maximální přípustné množství v balení
787	75x25	čiré			1		0,00	1820.1101	50ks / bal
788	75x25	oboustranně matová ploška			4		0,00	1820.1104	50ks / bal

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí maximální přípustné množství v balení 1000 ks. Pro doplnění požaduje cenu za 1 bal. Velikosti balení výrobců se však liší, sklíčka jsou dodávána v bal. např. 50, 200, 500 atd. kusů. Požaduje uživatel uvést cenu za balení 1000 ks, kterou dodavatelé přepočítají nebo za 1 ks? Žádáme o upřesnění, aby byly cenové nabídky jednotlivých dodavatelů srovnatelné.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Odpověď na dotaz ze dne 19.4.2018:**

Zadavatel v návaznosti na upřesnění možností trhu a zajištění dodržení zásady rovného přístupu v položkách na řádku 762 až 773 a dále pak v položkách na římsu 782 a 783, 787 a 788 požaduje vždy cenu **za jeden kus**.

Zadavatel přikládá proto aktualizovanou tabulku – přílohu č. 1 zadávací dokumentace, když pro jistotu upřesňuje, že došlo k drobné úpravě v položkách části 2, a to na řádku 341, 346 a 351, kdy se upřesnila forma předpokládané dodávky, dále v položkách na řádku 342 a 343 zadavatel upravil požadované množství v balení. Dále zadavatel provedl opětovnou kontrolu buněk k vyplnění v technické specifikaci pro část 1 a i v technické specifikaci pro část 2.

**Nedílnou součástí tohoto vysvětlení je tedy i Priloha\_1\_Technická specifikace částí 1 a 2\_3\_aktualizace\_20042018\_k vyplnění.xls.**

**Sdělení zadavatele:**

Zadavatel v návaznosti na obdržené dotazy posuzoval, zda povaha provedených úprav jsou takového charakteru či rozsahu, které by byly charakterizovány jako významné. Na základě tohoto posouzení a s ohledem na dikci článku 43, odst. 3 a článku 81 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, s ohledem na povahu provedených úprav, kdy nedochází ani k rozšíření okruhu potencionálních dodavatelů, **zadavatel přiměřeně provedeným úpravám posouvá lhůtu pro podání nabídek.**

**Lhůta pro podání nabídek tedy končí v pátek dne 27. dubna 2018 v 13.00 hodin.**

.....  
PaedDr. Zoja Šťastná  
referent oddělení veřejných zakázek  
jednající na základě plné moci  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně