



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vysvětlení zadávací dokumentace

Vyřizuje/tel.: Markéta Svenssonová/ 545 135 251

V Brně dne 23. 5. 2018

Veřejná zakázka ZPŘ

„Dodávka přístrojů pro předaplikační výzkum – děleno na části“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Dne 22. 5. 2018 obdržel zadavatel **dotazy k zadávací dokumentaci části 3: Hlubokomrazící box skříňový** v následujícím znění:

1. Dotaz: zadavatel požaduje dodat přístroj s izolovanými 4 vnitřními dvířky. Jsme připraveni nabídnout model s vnitřním objemem větším než 500 litrů s 3 kompartmenty a 3 izolovanými vnitřními dveřmi. Souhlasí zadavatel s těmito parametry?
2. Dotaz: Zadavatel požaduje nosnost polic min. 45 kg. Nabízíme model hlubokomrazícího boxu s nosností 30 kg. Souhlasí zadavatel s těmito parametry?

Sdělení zadavatele:

Zadavatel sděluje, že s nabízenými parametry nesouhlasí a trvá na parametrech zveřejněných v zadávací dokumentaci, tzn., že v případě dotazu jedna je odpověď taková, že zadavatel trvá na 4 izolovaných vnitřních dveřích, v případě odpovědi na dotaz 2 pak zadavatel trvá na min. nosnosti polic 45 kg.

Zadávací dokumentace zůstává v plné míře v platnosti.

Mgr. Iveta Farkačová
vedoucí oddělení veřejných zakázek, Mendelu