



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 545 135 253

V Brně, dne 10. 4. 2019

Věc: Veřejná zakázka: „Přístrojové vybavení pro terénní měření prostorové struktury krajiny a lesních ekosystémů“

Vysvětlení zadávací dokumentace (2)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě podnětu dodavatele obdrženého písemně dne 8. 4. 2019. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

„Žádám tímto o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a to části 1, GNSS-GIS mapper:

Jsme schopni nabídnout plnohodnotné řešení ve formě GNSS přijímačů, určených pro mapování a sběr dat do GIS, a to včetně plnohodnotného ovládacího a zpracovatelského SW (podrobný datový list přiložen). Byť jsme si jisti, že jde o zařízení nejvyšší kvality a spolehlivosti, úspěšně prověřené v mnoha důkladných testech a výběrových řízeních celostátního rozsahu a významu, některé technické parametry, specifikované zadavatelem, se však poněkud odlišují od parametrů uváděných v technické dokumentaci námi nabízených přístrojů.

Jde konkrétně o tyto parametry:

- *Krytí*
- *Velikost displeje*
- *Operační paměť*
- *Přesnost (zejména u tohoto kritéria chci upozornit, že různí výrobci interpretují tento pojem různě, podstatné však je, zda přijímač zpracovává kódovou či fázovou složku signálu a jakých výsledků dosahuje nikoli v ideálních, ale reálných podmínkách, např. zapojeného porostu)*

Dotaz uchazeče:

Bude nesplnění některých zadavatelem explicitně uvedených parametrů (při současném splnění požadavků na cenu) automaticky důvodem k vyloučení uchazeče (v takovém případě splní formálně parametry v podstatě jediný přijímač na trhu), či zadavatel zváží kvality zařízení šířeji s možností ponechání účastníka v soutěži?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel stanovil parametry v technické specifikaci na základě průzkumu trhu a požadavcích na účel přístrojů a na stanovených parametrech technické specifikace trvá. Dodavatel, který nesplní všechny požadované parametry, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

.....
Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018
administrátor veřejné zakázky
oddělení veřejných zakázek
rektorát, Mendelova univerzita v Brně