



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vyřizuje/tel.
V Brně, dne 9. 5. 2019

Bc. Lena Mikušová / +420 545 135 251

Veřejná zakázka s názvem

„Přístrojové vybavení pro studium materiálových vlastností dřeva - rozděleno na části“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů vznesených dodavatelem k veřejné zakázce: Přístrojové vybavení pro studium materiálových vlastností dřeva - rozděleno na části. Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 6. 5. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„U klimatizované komory velké požadujete hloubku vnitřního prostoru minimálně 650 mm. Budete akceptovat hloubku vnitřního prostoru 500 mm s objemem komory 416 l? Případně hloubku vnitřního prostoru 600 mm s objemem komory 749 l?“

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, že je nutné dodržet v zadávací dokumentaci stanovené minimální rozměry klimatizované komory. Požadovanou minimální hloubku vnitřního prostoru není možné kompenzovat velikostí objemu ani jiným parametrem, neboť vychází z velikosti panelů, které budou v komoře klimatizovány.

V souvislosti s tím, že dotaz a jeho zodpovězení nemění parametry předmětu plnění veřejné zakázky, konstatuje zadavatel, že v souvislosti s uveřejněním vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení ZD_č.2 nemění lhůtu pro podání a otevírání nabídek a ta zůstává stanovena na: **27. 5. 2019, 10:00 hod.**

.....
Bc. Lena Mikušová
referent oddělení veřejných zakázek
rektorát, Mendelova univerzita v Brně
na základě plné moci ze dne 19. 6. 2017