



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský /+ 420 545 135 257

V Brně, dne 31. 7. 2019

Věc: Veřejná zakázka:

„Dodávka Destičkového readeru“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 29. 7. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„V technické specifikaci, konkrétně u bodu Rozsah měřených vlnových délek u příslušných módů měření je uveden rozsah pro emisi fluorescence: 250 – 700 nm. Byla by přijatelná nejnižší hodnota 270 nm? Obecně při minimální excitaci fluorescence uvedené ve specifikaci (250 nm) nelze nastavit emisní fluorescenci na 250 nm?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel požaduje rozsah pro emisi fluorescence 250-700 nm.

Dotaz dodavatele č. 2:

„V technické specifikaci, konkrétně u bodu Dynamické rozsahy příslušných módů měření, přesnost a citlivost je v případě citlivosti měření luminescence v závorce uvedena flash luminiscence, která se měří s využitím injektorů. Znamená to, že součástí dodávky musí být i injektory?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Ne, součástí dodávky nemusí být injektory.

Sdělení zadavatele č. 1: Zadavatel konstatuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla ve výzvě k podání nabídek uvedena ve výši 790.000,- Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně hodnotou limitní.

Hodnota 790.000,- Kč bez DPH však byla uvedena chybně. **Zadavatel proto sděluje, že správná výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je 826.500,- Kč bez DPH (jedná se taktéž o hodnotu limitní).** Tímto se tedy mění údaj v tabulce „Základní údaje o veřejné zakázce“ Výzvy a rovněž čl. 2.3 Výzvy.

Zadavatel v této souvislosti sděluje, že v důsledku změny předpokládané hodnoty veřejné zakázky dochází současně k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku, tedy do **14. 8. 2019 v 10:00 hodin.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Otevírání nabídek se uskuteční v témže termínu bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Tímto se tedy mění údaj v tabulce „Základní údaje o veřejné zakázce“ Výzvy a rovněž čl. 11.1 a 11.5 Výzvy.

.....
Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně