



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vyřizuje/tel.
V Brně, dne 3. 10. 2019

Bc. Lena Mikušová / +420 545 135 251

Veřejná zakázka s názvem

„Dodávka klimatizačních komor a kultivačního boxu“

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů vnesených dodavatelem k veřejné zakázce: Dodávka klimatizačních komor a kultivačního boxu. Formulace dotazů dodavatele je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 30. 9. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„budete u poslední Klimatizované komory - box akceptovat vnitřní objem 240 l?“

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, že požadovaný vnitřní objem nejméně 250 l stanovený „Přílohou č. 1 – technická specifikace“ je limitní a zadavatel nemůže vzhledem k předpokládané využívané kapacitě akceptovat nižší vnitřní objem.

Dotaz č. 2:

„budete akceptovat u Klimatizovaná komora velká, rozměr vnitřního prostoru šířka/hloubka 800/500?“

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel uvádí, že minimální rozměr vnitřního prostoru stanovený „Přílohou č. 1 – technická specifikace“ je dán rozměry plánovaných klimatizovaných vzorků, nelze tedy akceptovat rozměr nižší.

Dotaz č. 3:

„budete u Klimatizovaná komora velká - akceptovat vnitřní objem komory 749 l a rozměr vnitřního prostoru šířka/hloubka 1040/600 mm?“



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel uvádí, že ačkoli by vnitřní objem komory bylo možné akceptovat, uvedený minimální rozměr vnitřního prostoru stanovený „Přílohou č. 1 – technická specifikace“ je dán rozměry plánovaných klimatizovaných vzorků, nelze tedy akceptovat rozměr nižší.

Dotaz č. 4:

„budete akceptovat u Klimatizovaná komora malá - napájení 400V?“

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel uvádí, že napájení 400 V lze u Klimatizované komory malé akceptovat a ve smyslu tohoto vysvětlení aktualizuje technickou specifikaci a přikládá do zadávací dokumentace a rovněž jako přílohu tohoto vysvětlení dokument „Příloha č. 1 – technická specifikace_aktualizovaná“.

V souvislosti s tím, že dotaz a jeho zodpovězení mění parametry předmětu plnění veřejné zakázky, konstatuje zadavatel, že v souvislosti s uveřejněním vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení ZD_č.1 mění lhůtu pro podání a otevírání nabídek a prodlužuje ji na: **8. 11. 2019, 10:00 hod.**

Lhůta pro podání nabídek je: 8. 11. 2019 – 10:00

.....
Bc. Lena Mikušová
referent oddělení veřejných zakázek
rektorát, Mendelova univerzita v Brně
na základě plné moci ze dne 19. 6. 2018